

UNIVERSITETI I ARTEVE

FTESË PËR OFERTË

Drejtuar: Operatorëve ekonomikë

Universiteti i Arteve, Ju fton të paraqisni ofertën tuaj në kuadër të Projektit Erasmus + “REACH” me objekt:

Furnizim & Vendorsje të pajisjeve laboratorike të konservimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore të parashikuara nga projekti “Improving Research capacities of Albanian higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage”.

Më poshtë do të gjeni të dhënat në lidhje me këtë procedurë dhe kriteret mbi dokumentacionit që duhet të paraqitet brenda afateve kohore.

5	Fixed and mobile vacuum cleaners for easel paintings and sculpture restoration (pastrues me vacuum, fiks dhe të lëvizshëm për restaurim pikturë kavaleti dhe skulpturë)	copë	2	dy
6	High pressure washer for sculpture restoration (lares me presion për restaurim skulpturë)	copë	1	një
7	Micromotor for sculpture restoration (Mikromotor për restaurim skulpturë)	copë	3	tre
8	Lamps with magnification lens for easel paintings restoration (llampë me lente zmadhuese për restaurim pikturë kavaleti)	copë	5	pesë
9	Compressor (kompresor)	copë	1	një
10	Aspirated containers (Kontenitorë të aspiruar)	copë	2	dy
11	Easels (Kavaleta)	copë	3	tre
12	Working tables (one reinforced) Tavolina pune (njera e përforcuar)	copë	3	tre
13	Water Bath (Pajisje për <i>Bagno-Maria</i>)	copë	2	dy
14	Dedicated software for condition report (Software i dedikuar)	copë	1	një
15	PC (personal kompjuter)	copë	1	një
16	Fume extractor (Thithës tymrash)	copë	2	dy
17	UV Lamp (llampë ultr violet)	copë	2	dy
18	Demineralizer (Demineralizues)	copë	1	një
19	Led natural lamp for restoration (llampë led natyrale për restaurim)	copë	2	dy
20	Magnetic stirrer (përzierës magnetik)	copë	1	një
21	Hot spatula (Spatul e nxehtë)	copë	1	një
22	Canvas – Stretching Pliers (tërheqës i kanavacës)	copë	3	tre
23	Electronic scale (Peshore elektronike)	copë	1	një
24	Sandblaster (Pastrues me rërë)	copë	1	një

25	Stool (Stol)	copë	10	dhjetë
<i>Pajisjet për Akademinë e Studimeve Albanologjike (ASA)</i>				
1	Fixed and mobile vacuum cleaners for restoration of archaeological artefacts (pastrues me vacuum, fiks dhe të lëvizshëm për restaurim të artefakteve arkeologjike)	copë	2	dy
2	Optical microscopes (stereo) with support for easel paintings and sculpture restoration (Mikroskopë optik stereo me mbështetës për restaurimin e pikturave të kavaletit dhe skulpturave)	copë	2	dy
3	USB microscope for easel paintings and sculpture restoration (Mikroskop USB për restaurimin e pikturave të kavaletit dhe skulpturave)	cope	2	dy
4	Lamps with magnification lens for easel paintings restoration (llampë me lente zmadhuese për restaurim pikturave kavaleti)	copë	2	dy
5	Micromotor for sculpture restoration (Mikromotor për restaurim skulpturave)	copë	3	tre
6	Compressor (Kompresor)	copë	1	një
7	Aspirated containers (Kontenitorë të aspiruar)	copë	1	një
8	Water bath (Pajisje për <i>bagno-maria</i>)	copë	1	një
9	Magnetic stirrer for restoration or archaeological artefacts (Përzierës magnetik për restaurimin e artefakteve arkeologjike)	copë	1	një
10	Professional photographic set for artefacts documentation (Set profesional për dokumentimin e artefakteve)	copë	1	një
11	Lux-meter for monitoring light conditions (lux-meter për monitorimin e kushteve të ndricimit)	copë	2	dy
12	Dedicated software for condition report (Software i dedikuar)	copë	1	një
13	PC (Personal Kompjuter)	copë	1	një
14	Electronic Precision Scale (peshore precise elektronike)	copë	2	dy

15	Led Natural Lamp for restoration (Llampë led natyral për restaurim)	copë	1	një
16	Working table (Reinforced) Tavolinë pune e përforcuar	copë	1	një
17	Sandblaster (Pastrues me rërë)	copë	1	një
18	Hot spatula (Spatul e ngrohtë)	copë	1	një
19	Working table (Tavolinë pune)	copë	1	një
20	Stool (Stol)	copë	5	pesë

4. Numri i referencës së procedurës sipas projektit REACH: 610390-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP

5. Fondi limit (financuar nga Projekti i Komisionit European Erasmus + “REACH”) : 123,050 (njëqind e njëzet e tre mijë e pesëdhjetë) Euro pa TVSH

(sipas dispozitave të BE, *Konvertimi në Leke, do të bëhet me kursin e këmbimit të Komisionit European për muajin e dates së prerjes së faturës* http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i dorëzimit dhe montimit të mallit është 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.06.2021 ora 12:00, pranë Universitetit të Arteve

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.06.2021 ora 12:00 pranë Universitetit të Arteve

Mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë :

Operatorët ekonomikë që shprehin interesin e tyre në lidhje me këtë procedurë, duhet të paraqesin pranë Universitetit të Arteve dokumentacionin original ose fotokopje e noterizuar si më poshtë vijon :

- ❖ Në bazë të njoftimit të përbashkët të APP-së dhe DPT-së me nr. 25366 prot dhe nr. 8480 prot datë 30.12.2020, tatimpaguesit prej datës 01 Janar 2021 të cilët kryejnë transaksione shitje me entet publike, kanë detyrimin ligjor që të lëshojnë vetëm fatura elektronike për mallrat apo shërbimet e shitura. Konkretisht OE duhet të dispozojnë:
 - Kopje të certifikatës elektronike për fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën qendrore të faturave,
 - Kopje të certifikatës elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me shoqërinë e certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

1.1. Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
- f) Operatori ekonomik ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike, dhe përmbush kërkesat që rrjedhin nga legjislacioni i fushës në fuqi.
- g) Operatori ekonomik nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori ekonomik shtron aktivitetin në zbatim të kërkesave ligjore të legjislacionit mjedisor, social dhe të punës;
- i) Operatori ekonomik ka paraqitur ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- j) Operatori ekonomik përmbush specifikimet teknike, sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor;
- k) Operatori ekonomik disponon fuqinë punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, sipas kërkesave të autoritetit/entit kontraktor (kur është rasti);
- l) Operatori ekonomik disponon mjetet dhe makineritë e nevojshme për ekzekutimin e kontratës, sipas kërkesave të autoritetit/entit kontraktor (kur është rasti);
- m) Operatori ekonomik ushtron aktivitetin konform kërkesave të legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaraten e lartpërmendur.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

2.1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës;
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme);
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike,;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës.

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas parashikimit të Kritereve të Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit

2.3. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 2.3.1.** Vërtetim nga Autoriteti Tatimor për xhiron mesatare vjetore (2018, 2019, 2020) me vlerë jo më pak se 40 % e vlerës së përllogaritur të fondit limit të kontratës objekt i procedurës së prokurimit.
- 2.3.2.** Kopje të bilanceve ekonomiko financiare për vitet 2018-2019-2020 të konfirmuar nga organet tatimore.
- 2.3.3.** Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2020.

2.4. Kapaciteti teknik:

- 2.4.1.** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë eksperiencën të mëparshme ku të vërtetojë se ka kryer kontrata të ngjashme në tre vitet e fundit të ushtrimit të aktivitetit, në vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të fondit limit. Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:
 - a) kontrata të ngjashme të realizuara të shoqëruara me vërtetim për realizim kontrate, për marrëdhëniet kontraktuale me organ publik ose
 - b) fatura tatimore shitjesh ku të jenë të përcaktuara datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara, për marrëdhëniet kontraktuale me privatet.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- 2.4.2.** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë katalogë ose broshurë me të dhënat teknike të miratuara nga prodhuesi për artikujt që oferton. Katalogu duhet të përmbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që AK të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike.

- 2.4.3. Operatori Ekonomik ofertues duhet të deklarojë që pajisjet e ofertuara janë origjinale dhe rregullisht të montuara në vendin perkates ne perputhje me udhezimet e prodhuesit ose te distributorit te autorizuar rregullisht nga prodhuesi. Theksohet se secila pajisje duhet te ofrohet si nje e tere dhe e pandashme por duke patur parasysh se produktet mund te perbehen nga disa njesi, keto njesi duhet te jene te se njejtes marke.
- 2.4.4. Operatori Ekonomik duhet të deklarojë që pajisjet e ofertuara nuk janë mall i ricikluar “*refurbished*”.
- 2.4.5. **Garancia për pjesët fillon nga data e dorëzimit dhe montimit të mallit dhe është 2 vjeçare.**
- 2.4.6. Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i çertifikuar sipas sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001-2015 ose ekuivalente që i referohet objektit të prokurimit. Çertifikata duhet të jetë e lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të cilat janë të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 2.4.7. Për garantimin me mbështetje teknike gjatë periudhës së garancisë për mallrat objekt i prokurimit, OE duhet të disponojë staf të çertifikuar më kërkesat minimale si më poshtë:
- Te paktën **2 (dy) specialistë të çertifikuar;**

Për të vërtetuar këtë kërkesë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (Formularët E-sig 025) të konfirmuara nga organet tatimore të periudhës Janar-Prill 2021, si dhe:

- Dëshmitë/ Çertifikatat përkatëse të kualifikimit
- Kontratat e punës (të vlefshme)
- CV përkatëse.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre.

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Referencë: Projekt Erasmus+ “REACH”

“Improving Research capacities of Albanian higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage” REACH

me numer Ref: **610390-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP**

Objekti: “Furnizim & Vendosje të pajisjeve laboratorike të konservimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore të parashikuara nga projekti:

” *Improving REsearch capacities of Albanian higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage – REACH*

Për Universitetin e Arteve UA dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike (ASA)”, kërkohet furnizimi me mallra në adresat respektive, sipas sasisë dhe specifikimeve teknike të mëposhtme ose të barasvlefshme me:

a) Specifikimet Teknike të Pajisjeve për Universitetin e Arteve (UA)

1. Low Pressure table for lining for easel paintings restoration.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhesia e Tavolines	110x150 cm
Rryma rrjedhese e fsheses me vakum	215m3/h
Fuqia Maksimale	2500 mmH2O
Pesha	Afersisht 75kg
Temperatura Max	90 ° C
Numri i kembeve	4
Kembet e shkeputshme	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

2. Optical microscope (stereo) with support for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
METODA E VËZHGIMIT DHE DRITA	
Fushe te ndricuar	Po
Dritë te polarizuar	Opsionale
KOKA	

Tipi	Trinokular
Materiali	Alumin dhe plastike / ingranazhet prej alumini
Raporti i ndarjes	I fiksuar 50 me 50 okular / foto
Pjerrësia	$\leq 45^\circ$
Rrotullim 360°	Po
Distanca ndërpupulare	$\geq 50 - 70$ mm
Rregullimi dioptrik	Në të dy tubat
Diametri i brendshëm i mbajtësit të kokës	≥ 75 mm
Rregullimi dioptrik	Në të dy tubat
Diametri i brendshëm i tubit	≥ 30 mm
SYZET (EYEPIECES)	
Numri i fushës ne	≥ 20 mm
Zmadhimi	$\geq 10x$
Diametri i xhamit mikrometër	≥ 22 mm
Pika e syrit të lartë për mbajtësit e qelqit	Po
Filxhan gome	Po
Mbrojtje	Po
OBJEKTIVI	
Sistemi optik	Greenough
Trajtimi kundër kërpudhave	Po
Lloji objektiv	Akromatik
Lloji i zmadhimit	Akromatike parfokal
Distanca e punës	≥ 95 mm
Zmadhim i mstandard	Minimalisht 7x - 45x
Raporti i zmadhimit	≥ 6.4
SISTEMI I FOKUSIMIT	
Tipi	I ashper (Coars)
Udhëtimi total (Corse total travel)	≥ 105 mm
Tension i rregullueshëm	Po
Diametri i brendshëm i mbajtësit të kokës	≥ 75 mm
MBAJTËSJA E MIKROSKOPIT	
Tipi	Mbështetëse pantograf me mbajtëse koke dhe mekanizëm fokusimi pajisur me krahe me ndricim led
Diametri i shtyllës	≥ 35
NDRICIMI	
Tipi	LED me krahe te dyfishhtë
Energjia e burimit të dritës	≤ 8 W
Ndriçimi	$\geq 165,000$ lux
Kontrolli i ndriçimit	Manual
Jetëgjatësia	$\geq 60,000$

Temperatura	≤ 6,500 K
FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR NDRIÇIMIN	
Tipi	E jashtme
Lloji i prizës së rrymës	Multi-plug (e pershtatshme per standartin e BE)
Tensioni ne hyrje	100/240 - 50/60 Hz
Tensioni ne dalje	≤ 15 Vdc 2 A
PERMASAT	
Lartësia	≥ 320 mm
Gjerësia	≥ 295 mm
Thellesi	≥ 790 mm
Krahjet horizontale	≥ 735 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

3. Laser cleaning for sculpture restoration.

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Fuqia e lazerit	5 W
Lloji i lazerit	Nd:YAG
Gjatesia e vales	1064 nm
Energjia e pulsit	150/300/450 mJ
Kohezgjatja e pulsit	<5ns
Shkalla e perseritjes	1-30 Hz
Lentet e fokusimit	100 mm gjatesi fokale
Divergjenca e rrezes	66 mRad
Rrezja drejtuese	Class 3R Laser Diode @ 635nm
Tensioni i punes	200-264 Volt AC
Pesha	Rreth 30 kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

4. USB microscopes for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i Mikroskopit	Optik
Zmadhimi	1-1200x
Kamera e Integruar	12 Mega Piksel
Rezolucioni	1920x1080
Suport per foto	Po
Suport per video	Po

Kendi i rrotullimit	45°
Suport per memorje	SD, MicroSD
Kapaciteti i memorjes se suportuar	32GB
Ekrani	7 inch
Rregullim Vertikal	Deri ne 15cm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

5. Fixed and mobile vacuum cleaners for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i pajisjes	Thithje e kontrolluar
Filtri	HEPA deri 0.3 mikron
Fleksibiliteti	I plote ne te gjitha drejtimet
Kase mbrojtese	Po
Air Flow	30 litra per sekonde
Funksioni	Pastrimi i dokumentave, librave, etj
Fuqia	800W
Thithja	1400mm WG
Pesha	5.2kg
Ushqyesi	220/240 volt
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

6. Precision high pressure washer for sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Prurja	Te pakten 350 l/h
Presioni max	Te pakten 125 Bar
Fuqia	1750 W
Materiali	Plastik dhe metalik
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

7. Micromotor for sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i motorrit	High Resistance Micro Motor

Pedali i Kontrollit	I integruar
Bazamenti i gomes	I integruar
Presioni	3 Njuton per centimeter
Shpejtesia e rrotullimit	0 – 35000 rpm
Voltazhi i pasjisje	230v 50/60Hz
Efikasiteti	90W
Pesha	2.6kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

8. Lamps with magnification lens for easel paintings restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shkalla e mbrojtjes elektrike	Klasa II
Numri i dritave	60
Teknologjia	LED
Diametri	Jo me pak se 12.5 cm
Jetegjatesia e drites	Minimumi 39.000 ore
Fuqia	6W
Temperatura e ngjyres	6500K
Diopter	5
Gjatesia e krahut	Te pakten 85 cm
Pesha	Rreth 3 kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

9. Air Compressor

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti i depozites	100 litra
Presioni max	8 bar / 115 psi
Kapaciteti i punes	187 litra / minute
Fuqia	1.5kW / 2hp
Numri i rrotullimeve ne minute	1000 rpm
Niveli i zhurmës	84 dB
Tensioni	230v
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

10. Aspirated Containers

A. Flammables (1 pc)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Funksionaliteti	<p>Self-closing door with automatic return at every opening. Inflatable trimming 8 + 6 cm (DIN 4102), that swells in case of fire, isolating the inside of the cabinet from the outside. Extra inflatable trimming with protection against “Cold and Hot fumes” and dusts.</p> <p>Internal body panels made of anti-scratch material, resistant to corrosive products.</p>
Struktura	<p>Completely produced in pickled steel, 10/10 mm thickness, painted with epoxy acid-proof powders and passage through thermic tunnel at 200° C. Thickness of painting from a minimum of 60µm (micron) to a maximum of 250µm (micron).</p>
Opsionet e Ventilimit	<p>Natural internal ventilation system for vapours</p>
Kompartimentet	<p>3 shelves adjustable in height made of electrogalvanized steel painted with epoxy acid-proof powders.</p> <p>Collection capacity of the shelf approx. 7 litres. Loading capacity kg. 80.</p>
Tabakate	<p>Tray-shaped shelves to collect any liquid spillage of breakages.</p>
Raftet	<p>Removable and adjustable shelves with anti-falling security lock by rack.</p>
Materiali	<p>Pickled steel</p>
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	<p>24 muaj</p>

B. Chemicals (1 pc)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Funksionaliteti	<p>Doors opening up to 180° to allow an easy extraction of the shelves without tilting them.</p> <p>Key lock with extractable cylinder (on demand “passe-partout kit” master key in case of lost keys).</p> <p>Acid-proof hidden hinges.</p> <p>Activated charcoal filter Carbox® positioned</p>

	inside the cabinet, easy to be replaced.
Struktura	Completely produced in pickled and electrogalvanized steel, 10/10 mm thickness, painted with epoxy acid-proof powders and passage through thermic tunnel at 200° C. Thickness of painting from a minimum of 60µm (micron) to a maximum of 250µm (micron).
Shenjat e rrezikut	“Danger” warning stickers on the door (as per European Norms DIN 4844 and ISO 3864).
Kompartimentet	3 shelves adjustable in height made of electrogalvanized steel painted with epoxy acid-proof powders. Collection capacity of the shelf approx. 7 litres. Loading capacity kg. 40/100.
Tabakate	Tray-shaped shelves to collect any liquid spillage of breakages.
Raftet	Removable and adjustable shelves with anti-falling security lock by rack.
Materiali	Pickled and electrogalvanized steel
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

11. Easels

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Materiali	Beech
Gjatësia maksimale	200 cm
Gjatesia minimale	137 cm
Gjerësia minimale	49 cm
Gjeresia maksimale	55x65x65 cm
Pesha e telajos	10 kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

12. Tavolina pune

A. Tavoline normale (2 pcs)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhesia e tavolinave	80x180cm
Numri i kembeve	4
Trashesia e syprines	18 mm
Materiali i struktures	Celik
Materiali i syprines	Laminat me tre shtresa

GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

B. Tavoline e perforcuar (1 pc)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhesia e tavolines	2000 x 600 mm
Numri i kembeve	4
Trashesia e syprines	40 mm
Materiali i struktures	Celik
Lartesia e tavolines	740 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

13. Water Bath

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Teknologjia	Dixhitale
Diapazoni i temperatures	Deri ne 80° C
Uniformiteti i temperatures	± 0.2° ne 37° C
Kontrollues dixhital PID	± 0.1° C
Materiali i enes	Celik Inoks rezistent ndaj korrozionit
Kapaku	I perfshire
Volumi	Te pakten 10 litra
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

14. Software for Condition Report

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
KONCEPTI	
Thjeshtesia	Forme e thjeshte e dokumentimit per veprat e artit qe mund te integrohet ne praktiken profesionale. Kontrolli dhe rregjistrimi i demtimeve dhe trajtimeve dhe pershtatja e dokumentacionit te mirembajtjes, katalogimit dhe trajtimit te tyre.

Historizimi	Mbajtja ne nje baze te dhenash te regjistrave te trajtimeve, mirembajtes dhe katalogimit per tu krahasuar ne kohe te ndryshme.
Qendrueshmeria	Ruajtja ne format TIFF per te qene e thjeshte nderveprimi me platforma te tjera dhe sipas standardid te arkivave boterore pa patur humbje te informacionit.
Llogjika e punes	Koncept i thjeshte dhe dublikim digjital i praktikave te restaurimit. 1. Kontroll i gjendjes aktuale te vepres se artit. 2. Historizimi i vepres se artit 3. Trajtimi i konservimit te vepres se artit. Praktikat mund te printohet dhe te shkembhen me email.
KOMPATIBILITETI	
Kerkesat minimale teknike	Adobe Photoshop CC 2018 ose me mire Intel Core i5 Gen8 ose me mire 8GB RAM DDR4 ose me mire Microsoft Windows 10 ose me mire Karte Grafike 2GB ose me mire
Sistemet operative te suportuara	Windows 10, Mac OS X,

15. Kompjuteri Desktop

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	13000 Pikë
“RAM”:	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
“Disk Subsystem Controller”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	Integrated graphic Card, min. 1 GB
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	

Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (8) USB nga të cilat: a. Min. (3) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
Rrjeti “Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover”:	Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	≥ 21”
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

16. Fume extractor

A. Mobile Fume Extractor (1 pc)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Numri i kraheve	2
Diametri i tubit	65-70 mm
Intensiteti i ajrit	2x125 m ³ /h
Efienca e Filtrimit	0.3 mikrometer 99.97%
Niveli i zhurmës	<63 db
Dimensionet e peraferta	280 x 280 x 500 mm
Pesha e perafert	10 kg
Filtri	3 shtresa
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

B. Benchtop Fume Extractor (1 pc)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti i thithjes	1750 m ³ /ore
Kontrolli i shpejtesise se motorit	I disponueshem
Xhami i kabines me rreshqitje	Xham sigurie laminat 6 mm
Valvula uji dhe gazi	Te disponueshme
Rubinet uji dhe gazi	Te disponueshme
Priza	2
Ndricim i kabines	I disponueshem
Lavamani	Celik Inoks
Materiali i siperfaqes se punes	Laminat rezistent ndaj acideve
Materiali i kases	Celik i galvanizuar
Siguresa	2 x 25 Amps
Fuqia	100 W
Burimi i ushqimit	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dimensionet e kabines se punes	Perafersisht 120 X 90 x 75 cm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

17. UV lamp

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
---------------------------------	--

Shkalla e mbrojtjes elektrike	Klasa II
Gjatesia e vales UV	Te pakten 350 nanometer
Teknologjia	FL UV compact
Dimensionet e lentes	Afersisht 10 x 6 cm
Ngjyra	E bardhe
Fuqia	9 W
Dioptr	3
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

18. Demineralizator

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Procesi	Te kryhet me te pakten 6 hapa dhe te perfshije edhe mineralizimin e ujit
Vendosja	Vertikal, horizontal, me mure
Kapaciteti i rrjedhjes	280LPD/75GPD
Presioni i hyrjes	3-6 bar
Volumi Total i rezervuarit	12 Litra
Filtrat	5 micron PP, GAC filter karboni, 10 micron filter bllokues karboni, 75gpd, Filter Mineralizues
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

19. Led Lamp for restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Burimi i drites	LED
Fuqia	7.5W
Diametri i kokes	21 cm
Foleja	Qeramike E-27
Gjatesia e kraheve	90 cm
Ngjyra	E bardhe
Fiksuesja e tavolines	E perfshire
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

20. Magnetic Stirrer

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Ekрани	LED
Kapaciteti i perzierjes	5L
Shpejtesia	100 – 1500 rpm
Pesha	Jo me shume se 3 kg
Dimensionet	Afersisht 268x160x85 mm
Diapazoni i temperatures	50-280 °C
Saktesia	± 1 °C
Materiali i pllakes	Celik inoks i veshur me qeramike
Shufra perzierese	55*10
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

21. Hot Spatula

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Burimi i ushqimit	230V 50/60 Hz single-phase
Fuqia	60W
Tensioni i dorezes	48V
Diapazoni i temperatures	25° - 420°C
Dimensionet	80x160xh. 125 mm
Pesha	Afersisht 3 kg
Aksesoret	Te perfshira minimumi 4 maja
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

22. Canvas-stretching pliers

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Materiali	Celik i veshur me krom
Suste	Po
Pesha	Rreth 300 g
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

23. Electronic scale

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pesha Maksimale	180 kg
Materiali i peshores	Xham
Indikator dixhital	PO
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

24. Sandblaster

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Input	Ajer i kompresuar
Presioni i punes	7 bar
Konsumi i ajrit	167 L/min
Madhesia e grimcave te reres	Max 0.5 mm
Gjatesia e tubit te gomes	3 m
Pesha	Afersisht 0.3 kg
Aksesore	Hundez 5mm ose 6 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 uaj

25. Stool

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Ulese	Lekure me mbushje
Diametri i uleses	36 cm
Lartesia	E rregullueshme 50-60 cm
Materiali i bazes	Plastike
Numri i rrotave	10
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

b) Specifikimet Teknike të Pajisjeve për Akademinë e Studimeve Albanologjike (ASA)

1. Fixed and mobile vacuum cleaners for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i pajisjes	Thithje e kontrolluar
Filtri	HEPA deri 0.3 mikron
Fleksibiliteti	I plote ne te gjitha drejtimet
Kase mbrojtese	Po
Air Flow	30 litra per sekonde
Funksioni	Pastrimi i dokumentave, librave, etj

Fuqia	800W
Thithja	1400mm WG
Pesha	5.2kg
Ushqyesi	220/240 volt
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

2. Optical microscope (stereo) with support for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
METODA E VËZHGIMIT DHE DRITA	
Fushe te ndricuar	Po
Dritë te polarizuar	Opsionale
KOKA	
Tipi	Trinokular
Materiali	Alumin dhe plastike / ingranazhet prej alumini
Raporti i ndarjes	I fiksuar 50 me 50 okular / foto
Pjerrësia	≤ 45°
Rrotullim 360°	Po
Distanca ndër pupilare	≥ 50 – 70 mm
Rregullimi dioptrik	Në të dy tubat
Diametri i brendshëm i mbajtësit të kokës	≥ 75 mm
Rregullimi dioptrik	Në të dy tubat
Diametri i brendshëm i tubit	≥ 30 mm
SYZET (EYEPIECES)	
Numri i fushës ne	≥ 20 mm
Zmadhimi	≥ 10x
Diametri i xhamit mikrometër	≥ 22 mm
Pika e syrit të lartë për mbajtësit e qelqit	Po
Filxhan gome	Po
Mbrojtje	Po
OBJEKTIVI	
Sistemi optik	Greenough
Trajtimi kundër kërpudhave	Po
Lloji objektiv	Akromatik
Lloji i zmadhimit	Akromatike parfokal
Distanca e punës	≥ 95 mm
Zmadhim i mstandard	Minimalisht 7x - 45x
Raporti i zmadhimit	≥ 6.4

SISTEMI I FOKUSIMIT	
Tipi	I ashper (Coars)
Udhëtimi total (Coarse total travel)	≥ 105 mm
Tension i rregullueshëm	Po
Diametri i brendshëm i mbajtësit të kokës	≥ 75 mm
MBAJTESJA E MIKROSKOPIT	
Tipi	Mbështetëse pantograf me mbajtëse koke dhe mekanizëm fokusimi pajisur me krahe me ndricim led
Diametri i shtyllës	≥ 35
NDRICIMI	
Tipi	LED me krahe te dyfishtë
Energjia e burimit të dritës	≤ 8 W
Ndriçimi	≥ 165,000 lux
Kontrolli i ndriçimit	Manual
Jetëgjatësia	≥ 60,000
Temperatura	≤ 6,500 K
FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR NDRIÇIMIN	
Tipi	E jashtme
Lloji i prizës së rrymës	Multi-plug (e pershtatshme per standartin e BE)
Tensioni ne hyrje	100/240 - 50/60 Hz
Tensioni ne dalje	≤ 15 Vdc 2 A
PERMASAT	
Lartësia	≥ 320 mm
Gjerësia	≥ 295 mm
Thellesi	≥ 790 mm
Krahjet horizontale	≥ 735 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

3. USB microscopes for easel paintings and sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i Mikroskopit	Optik
Zmadhimi	1-1200x
Kamera e Integruar	12 Mega Piksel
Rezolucioni	1920x1080
Suport per foto	Po
Suport per video	Po
Kendi i rrotullimit	45°
Suport per memorje	SD, MicroSD

Kapaciteti i memorjes se suportuar	32GB
Ekрани	7 inch
Rregullim Vertikal	Deri ne 15cm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

4. Lamps with magnification lens for easel paintings restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shkalla e mbrojtjes elektrike	Klasa II
Numri i dritave	60
Teknologjia	LED
Diametri	Jo me pak se 12.5 cm
Jetegjatesia e drites	Minimumi 39.000 ore
Fuqia	6W
Temperatura e ngjyres	6500K
Diopter	5
Gjatesia e krahut	Te pakten 85 cm
Pesha	Rreth 3 kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

5. Micromotor for sculpture restoration

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i motorrit	High Resistance Micro Motor
Pedali i Kontrollit	I integruar
Bazamenti i gomes	I integruar
Presioni	3 Njuton per centimeter
Shpejtesia e rrotullimit	0 – 35000 rpm
Voltazhi i pasjisje	230v 50/60Hz
Efikasiteti	90W
Pesha	2.6kg
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	1 vit

6. Air Compressor

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Kapaciteti i depozites	100 litra
Presioni max	8 bar / 115 psi
Kapaciteti i punes	187 litra / minute
Fuqia	1.5kW / 2hp
Numri i rrotullimeve ne minute	1000 rpm
Niveli i zhurmes	84 dB
Tensioni	230v
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

7. Aspirated Containers

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Funksionaliteti	Self-closing door. Inflatable trim (in case of fire, isolating the inside of the cabinet from the outside); extra inflatable trimming with protection against “Cold and Hot fumes” and dusts.
Sinjalizues rreziku	“Danger” stickers for corrosive, harmful and toxic products on the chemicals compartment and “No Smoking” and “Fire” warning stickers on the flammables compartment
Opsionet e Ventilimit	Natural internal ventilation system for vapours
Kompatimentet	2 separate compartments (one for chemical, acid and base products and one for flammable products)
Tabakate	Tray-shaped shelves to collect any liquid spillage of breakages.
Raftet	Removable and adjustable shelves with anti-falling security lock by rack.
Materiali	Pickled and electrogalvanized steel
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

8. Water Bath

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Teknologjia	Dixhitale
Diapazoni i temperatures	Deri ne 80° C
Uniformiteti i temperatures	± 0.2° ne 37° C
Kontrollues dixhital PID	± 0.1° C
Materiali i enes	Celik Inoks rezistent ndaj korrozionit

Kapaku	I perfshire
Volumi	Te pakten 10 litra
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

9. Magnetic Stirrer for restoration of archaeological artefacts

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Ekrani	LED
Kapaciteti i perzierjes	5L
Shpejtesia	100 – 1500 rpm
Pesha	Jo me shume se 3 kg
Dimensionet	Afersisht 268x160x85 mm
Diapazoni i temperatures	50-280 °C
Saktesia	± 1 °C
Materiali i pllakes	Celik inoks i veshur me qeramike
Shufra perzierese	55*10
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

10. Professional photographic set for artefact documentation

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
KAMERA	
Numri i pikselave efektive	26.1 milion pixels
Sensori i imazhit	23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 with primary color filter
Sistemi i pastrimi te sensorit	Ultra Sonic Vibration
Ruajtja e te dhenave	SD memory card (~2GB) / SDHC memory card (~32GB) / SDXC memory card (~512GB) UHS-I
Formati i skedareve	JPEG: Exif Ver.2.3 *1, RAW: 14bit RAW (RAF original format) / RAW+JPEG
Ndjeshmeria	AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (up to ISO12800) / ISO160~12800 (1/3 step)
Kontrolli i ekspozimit	TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average / Center Weighted
Kompensimi i ekspozimit	-5.0EV~+5.0EV 1/3EV step (Movie: -2.0EV~+2.0EV)
Tipi i Shutter	Focal Plane Shutter

Shkrepje e vazhduar	Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25x Crop]
Auto bracketing	AE Bracketing (Frames: -2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3) Step: 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV, 7/3EV, 8/3EV, 3EV) Film simulation bracketing (Any 3 types of film simulation selectable) Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) White Balance Bracketing (±1, ±2, ±3) Focus Bracketing (Frames: 1~999, Step: 1~10, Interval: 0~10s)
Focus Mode	Single AF / Continuous AF / MF
Focus Type	Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF)
White balance	Automatic Scene recognition / Custom1~3 / Color temperature selection (2500K~10000K) / Preset: Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, Underwater
Self-timer	10sec. / 2sec.
Interval timer shooting	Yes (Setting: Interval, Number of shots, Starting time)
Flash	Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Guide number: approx. 7 (ISO200 · m) / approx. 5 (ISO100 · m)
Flash modes	TTL (FLASH AUTO / STANDARD / SLOW SYNC.) / MANUAL / COMMANDER / OFF SYNC. MODE 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN
Hot shoe	Yes (Dedicated TTL Flash compatible)
Viewfinder	0.39 inch approx. 2.36 millions dots OLED Color Viewfinder Coverage of viewing area vs. capturing area: approx. 100% Magnification: 0.62× with 50mm lens (35mm equivalent) at infinity and diopter set to -1m-1 Diagonal angle of view: approx. 31° (Horizontal angle of view: approx. 26°) Built-in eye sensor AUTO Brightness Setting: 50~800cd/m2
LCD monitor	3.0 inch, aspect ratio 3:2, approx. 1.04 million dots touch screen color LCD monitor (approx. 100% coverage)

<p>Photography functions</p>	<p>Advanced SR AUTO, Face / Eye detection AF, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Panorama, Color space, Setting (Color, Sharpness, D-range, Highlight tone, Shadow tone), Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Lens Modulation Optimizer, Pre-AF, Number of Focus Points setting, MF Assist, Focus check, Focus Peak Highlight, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting , ISO AUTO control, Instant AF setting (AF-S/AF-C), AF-C CUSTOM SETTINGS, SHUTTER AF, SHUTTER AE, AF-ON, Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AE-L/AF-L button setting, Edit/Save Quick menu, Preview exp./WB in manual mode, Shutter Type, Touch Screen Setting, Sports Finder Mode, Pre-Shot, Flicker Reduction</p>
<p>Film simulation mode</p>	<p>16 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema) B & W Adjustment: -9~+9</p>
<p>Grain effect</p>	<p>STRONG, WEAK, OFF</p>
<p>Color chrome effect</p>	<p>STRONG, WEAK, OFF</p>
<p>Dynamic range setting</p>	<p>AUTO, 100%, 200%, 400% ISO restriction (DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more)</p>
<p>Advanced filter</p>	<p>Toy camera, Miniature, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Soft focus, Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple)</p>
<p>Playback functions</p>	<p>RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Face Detection, Red-eye removal, Photobook assist, Erase selected frames, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites,</p>

	Voice Memo Setting
Wireless transmitter	Standard IEEE802.11b/g/n (standard wireless protocol) Encryption WEP / WPA / WPA2 mixed mode Access mode Infrastructure
Bluetooth	Standard Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy) Operating Frequency 2402 - 2480MHz
Wireless functions	Geotagging, Wireless communication (Image transfer), View & Obtain Images, Remote camera shooting, PC Autosave, Image Transfer Order, instax printer print
Other functions	Exif Print, 35 Languages, Date/Time, Time difference, Sound & Flash OFF, Performance Setting, Preview exp. in Manual mode, LCD Brightness, LCD Color, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting, LARGE INDICATORS MODE (EVF), LARGE INDICATORS MODE (LCD), LARGE INDICATORS DISP. SETTING, Copyright Setting
Terminal	Digital interface USB Type-C (USB3.1 Gen1) HDMI output HDMI micro connector (Type D) Other ø2.5mm, stereo mini connector (Microphone), Hot shoe
Power supply	NP-W126S Li-ion battery
Battery life for still images	Approx. 380 frames (Normal Mode) When XF35mmF1.4 R is set.
Actual battery life of movie capture	[4K] approx. 45min. (29.97p) [Full HD] approx. 45min. (59.94p)
Continuance battery life of movie capture	[4K] approx. 60min. (29.97p) [Full HD] approx. 75min. (59.94p)
Operation Environment	Temperature 0°C~+40°C Humidity 10%~80% (no condensation)
Starting up period	Approx. 0.4sec.
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

11. Lux-meters for monitoring light condition

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Rangu i matjes	0 – 40000 lux
Rezolucioni	0.01 lux

Saktesia	±3% e matjes
Rifreskimi i matjes	2 sekonda
Sensori i drites	Foto diode silici
Ekrani	Me 5 shifra
Bateria	9 volt
Pesha	Max 200 grame
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 24 muaj	

12. Software for Condition Report

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
KONCEPTI	
Thjeshtesia	Forme e thjeshte e dokumentimit per veprat e artit qe mund te integrohet ne praktiken profesionale. Kontolli dhe rregjistrimi i demtimeve dhe trajtimeve dhe pershtatja e dokumentacionit te mirembajtjes, katalogimit dhe trajtimit te tyre.
Historizimi	Mbajtja ne nje baze te dhenash te regjistrave te trajtimeve, mirembajtjes dhe katalogimit per tu krahasuar ne kohe te ndryshme.
Qendrueshmeria	Ruajtja ne format TIFF per te qene e thjeshte nderveprimi me platforma te tjera dhe sipas standardid te arkivave boterore pa patur humbje te informacionit.
Llogjika e punes	Koncept i thjeshte dhe dublikim digjital i praktikave te restaurimit. 1. Kontroll i gjendjes aktuale te vepres se artit. 2. Historizimi i vepres se artit 3. Trajtimi i konservimit te vepres se artit. Praktikat mund te printohet dhe te shkembehen me email.
KOMPATIBILITETI	
Kerkesat minimale teknike	Adobe Photoshop CC 2018 ose me mire Intel Core i5 Gen8 ose me mire 8GB RAM DDR4 ose me mire Microsoft Windows 10 ose me mire Karte Grafike 2GB ose me mire
Sistemet operative te suportuara	Windows 10, Mac OS X,

13. Kompjuter Desktop 2

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	13000 Pikë
“RAM”:	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
“Disk Subsystem Controller”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	Integrated graphic Card, min. 1 GB
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (8) USB nga të cilat: a. Min. (3) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
Rrjeti “Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
AKSESORËT	

Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover”:	Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	≥ 21”
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

14. Peshore elektronike precizioni

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Kapaciteti	220 g
Perseritshmeria	0.002g
Lexueshmeria	0.001g
Koha e stabilizimit	Jo me shume se 4
Madhesia e pjates	120 mm
Pesha	Afersisht 3 kg
Lineariteti	0.002g
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

15. Spot light

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Burimi i drites	LED
Fuqia	6W
Jetgjatesia e llampes	50.000 ore

Ndricimi ne 50 cm	15.000 lux
Gjatesia e kraheve	85 cm
Temperatura e ngjyres	4500 °K
Fiksuesja e tavolines	E perfshire
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

16. Working table (Reinforced)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhesia e tavolines	2000 x 600 mm
Numri i kembeve	4
Trashesia e syprines	40 mm
Materiali i struktures	Celik
Lartesia e tavolines	740 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

17. Sandblaster

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Input	Ajer i kompresuar
Presioni i punes	7 bar
Konsumi i ajrit	167 L/min
Madhesia e grimcave te reres	Max 0.5 mm
Gjatesia e tubit te gomes	3 m
Pesha	Afersisht 0.3 kg
Aksesore	Hunde 5mm ose 6 mm
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

18. Hot spatula

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Burimi i ushqimit	230V 50/60 Hz single-phase
Fuqia	60W
Tensioni i dorezes	48V
Diapazoni i temperatures	25° - 420°C
Dimensionet	80x160xh. 125 mm
Pesha	Afersisht 3 kg

Aksesoret	Te perfshira minimumi 4 maja
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

19. Working table

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Madhesia e tavolinave	80x180cm
Numri i kembeve	4
Trashesia e syprines	18 mm
Materiali i struktures	Celik
Materiali i syprines	Laminat me tre shtresa
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

20. Stool

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Ulese	Lekure me mbushje
Diametri i uleses	36 cm
Lartesia	E rregullueshme 50-60 cm
Materiali i bazes	Plastike
Numri i rrotave	5
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë	24 muaj

KUJDES: Lutemi të specifikohet marka që do të ofrohet nga ana juaj për secilin zë duke paraqitur mundësisht katalogët përkatës. Kërkohet që karakteristikat kryesore të çdo produkti të jenë të shprehura qartësisht.